Mitutoyo

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

Calibração NBR ISO/IEC 17025

CAL 0031

LABORATÓRIO DE METROLOGIA

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº. 03278/21

Cliente: " COMATEC SOLUÇÕES METROLOGICAS LTDA - ME. "

Endereço: Rua Aristides Giutsi, 219 Sala 1 - Piracicaba - SP

Ordem de Serviço: 103.601

Mitutoyo LABORATÓRIO DE METROLOGIA Mitutoyo Sul Americana
Calibração NBR ISO/IEC 17025
Data da Calibração: 16.07.2021
Nº Certificado: 03278/21
Nº do Instrumento / Padrão: AP-015
Data da próxima calibração: 07/2026
Preenchido pelo Cliente
CAL 0031

1 - Objeto calibrado:

Calibrador Anel Liso Cilíndrico
Fabricante: Tesa
Código: Não consta
Nº. de Série: 9H549
Identificação do proprietário: AP-015

2 - Padrão utilizado na calibração:

Calibrador Anel Liso Cilíndrico	Número: 00193
Certificado Nº. DIMCI 1125/2018 - INMETRO	Validade: 08/2021
Máquina de Medição por Coordenadas	Número: 0004501
Certificado Nº. 04687/20 - Mitutoyo - RBC	Validade: 09/2021

Documento Analisado
Responsavel Tiago
Situação Aprovado
Validade 07/26
Assinatura

3 - Procedimento de medição: Pml - 0010 Revisão: 5

O diâmetro do anel foi calibrado nos eixos X e Y, na altura media , conforme figura abaixo.

4 - Resultado da calibração: O resultado é a média das calibrações.



Nominal (mm)	Resultado (mm)		Incerteza de Medição (mm)	Fator de abrangência (k)	Graus de Liberdade (V_{eff})
17,510	Sentido " X "	17,5103	0,0010	2,00	Infinito
	Sentido " Y "	17,5102	0,0010	2,00	Infinito

5 - Incerteza de medição:

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com V_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

6 - Nota: Temperatura ambiente: (20,0 ± 0,5) °C

Data da calibração: 16 de Julho de 2021
Data da emissão : 16 de Julho de 2021

Cláudio Bueno de Moraes
Signatário Autorizado

Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidade – SI).
A reprodução deste certificado só poderá ser total e depende da aprovação por escrito da Mitutoyo.
Os resultados deste Certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Endereço: Rod. Índio Tibiriçá, 1555 - Bairro Raffo - CEP: 08620-000 - Suzano - SP - Tel.: (11) 4746-5858 - E-mail: suzano@mitutoyo.com.br
Laboratório: Tel.: (11) 4746-5950 - E-mail: metrologia@mitutoyo.com.br
Assistência Técnica Interna: Tel.: (11) 4746-5957 - E-mail: assistec@mitutoyo.com.br
Assistência Técnica Externa: Tel.: (11) 5643-0026 - E-mail: ate@mitutoyo.com.br